



CERTIFICAT D'ANALYSE

Contrôle positif multi-cibles pour la détection des gènes de carbapénèmases par PCR multiplexe en temps réel

Produit	CTRL POS 500uL 8 cibles
Numéro d'inventaire SGIL (numéro de lot)	L220493097
Date de préparation	2022-06-30
Date de Qualification	2022-06-30
Résultat du test de contrôle	Conforme
Température de conservation	≤-20°C
Date d'expiration du lot	2032-06-30

NB : Veuillez conserver à ≤-20°C. Lors de l'utilisation, recongeler immédiatement après utilisation.

Florence Doualla-Bell
Responsable du secteur

30 JUIN 2022

Date d'émission